

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62-041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, z podziałem na 16 części.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasze pismo: ZP.3432-54-05/10 l.dz.: ZP.KW-00273/10	Data: 09.09.2010 r.
---------------------	-------	---	------------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

I. Część nr 10 – Aparat USG.

1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat renomowanego producenta, który posiada 1600 kanałów przetwarzania?
2. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat renomowanego producenta, który posiada monitor o przekątnej 15” i rozdzielczości 1024x768?
3. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat renomowanego producenta, który posiada powiększenie obrazu bez utraty jakości x10? Należy zaznaczyć, że powiększenie większe niż x8 nie jest w praktyce nigdy użytkowane.
4. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat renomowanego producenta, który posiada dysk o pojemności 80 GB?
5. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat renomowanego producenta, który posiada Dopplera Spektralnego o maksymalnej prędkości przepływu 7 m/s?
6. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat renomowanego producenta, który posiada Dopplera Kolorowego o maksymalnej prędkości przepływu 4,88 m/s?
7. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat renomowanego producenta, który posiada głowicę liniową o liczbie elementów 128?
8. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat renomowanego producenta, który posiada głowicę do badań kardiologicznych o częstotliwości 2-4 MHz lub 1,5-3,6 MHz?

II. Załączniki do SIWZ

Zwracam się z uprzejmą prośbą przesłania SIWZ do przetargu na dostawę sprzętu medycznego dla NZOZ w Puszczykowie(<http://bip.powiat.poznan.pl/index.php?strona=2280>) w wersji edytowalnej (plik word *.doc), umożliwiającej wypełnienie tabelki do przetargu w programie word

ODPOWIEDZI:

I. Część nr 10 – Aparat USG.

Ad. 1, 2, 3, 5, 6, 7

Zamawiający nie dopuszcza aparatu, o proponowanych przez Wykonawcę parametrach.

Ad. 4

Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.10 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:

- dotychczasowy zapis:
„Dysk twarde o pojemności minimum 100 GB”;
- zastępuje się zapisem:
„Dysk twarde o pojemności minimum 80 GB”.

Ad. 8

Zamawiający wymaga aparatu o parametrach określonych w załączniku nr 1.10 do SIWZ – Szczegółowym opisie zamówienia. Proponowana przez Wykonawcę częstotliwość 2-4 MHz mieści się w zakresie określonym przez Zamawiającego.

II. Załączniki do SIWZ

Zamawiający zamieści załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5 w formacie edytowalnym na swojej stronie internetowej.

WICESTAROSTA

Tomasz Łubiński

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788

www.powiat.poznan.pl e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl