

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62-041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, z podziałem na 16 części.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasze pismo: ZP.3432-54-06/10 l.dz.: ZP.KW-00283/10	Data: 14.09.2010 r.
---------------------	-------	---	------------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

I. Część nr 1 – Łóżka do intensywnej terapii – pozycja 1 – 2 szt. i 2 – 4 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego montowanymi na stałe? Jeśli Zamawiający wymaga kieszeni na kliszę RTG, to lepiej by segmenty leża były nieruchome. Przy tym rozwiązaniu można robić zdjęcia pacjentowi na całej długości leża.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym w oparciu pleców płytą ze zmywalnego tworzywa, przeziernego dla promieni RTG, montowaną na stałe, a pozostałe części leża wypełnione profilowanymi, metalowymi lamelami bardzo łatwymi w dezynfekcji?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi podwójnymi, dzielonymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego, poruszającymi się wraz z segmentami leża, spełniającymi wymiary normy PN-EN 60601-2-38 co do konstrukcji łóżek szpitalnych; co podwyższa bezpieczeństwo i pomaga zapobiegać upadkom szpitalnym pacjentom?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi podwójnymi, dzielonymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego, poruszającymi się wraz z segmentami leża, które blokują się na dwóch wysokościach?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwignią CPR zlokalizowaną po obu stronach w części plecowej łóżka? Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie.
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z antystatycznymi, pojedynczymi kołami o średnicy 15 cm z podwójną centralną blokadą, ale bez sygnalizacji nie włączonej blokady?
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości przy całkowicie podniesionych barierkach 980 mm?
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi w całości z tworzywa posiadającymi uchwyty do prowadzenia łóżka wykonane ze stali chromowanej? Całe szczyty są bardzo łatwe w dezynfekcji i odporne na wilgoć i temperaturę.

II. Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii – 16 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi w całości z tworzywa posiadającymi uchwyty do prowadzenia łóżka wykonane ze stali chromowanej? Całe szczyty są bardzo łatwe w dezynfekcji i odporne na wilgoć i temperaturę.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone dodatkowo w możliwość przedłużenia leża? Jest to parametr lepszy, podwyższający jakość łóżka.
4. Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2181 mm, z możliwością przedłużenia do długości 2361 mm?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym przezierny dla promieni RTG jest oparcie pleców?
6. Czy w związku z wymogiem wypełnienia segmentów leża płytą laminatową, Zamawiający oczekuje, by płyty wypełniające leże były łatwo zdejmowane do dezynfekcji?
7. Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka za pomocą paneli obustronnie wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady oraz paneli wbudowanych w barierki od strony wewnętrznej dla pacjenta? Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne.
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektryczną regulację kąta uniesienia segmentu oparcia pleców w zakresie 0 – 66°, kąta uniesienia segmentu uda w zakresie 0 – 35 ° oraz dodatkowo kąta uniesienia segmentu podudzia w zakresie –23 – 0°?
9. Czy Zamawiający oczekuje by łóżko wyposażone było dodatkowo w elektrycznie regulowaną pozycję szokową dostępną z jednego przycisku wyróżniającego się od innych przycisków, czyli funkcję, w której łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji anty – Trendelenburga?
10. Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka wyposażonego w akumulator, Zamawiający oczekuje rozwiązania opartego o dwa akumulatory tj. jeden wyłącznie dla zapewnienia działania funkcji szokowej, a drugi dla pozostałych? Takie rozwiązanie wydatnie podnosi poziom bezpieczeństwa zwłaszcza w sytuacjach szokowych.

III. Załączniki do SIWZ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Wordzie drogą elektroniczną na adres e – mail (...).

ODPOWIEDZI:

I. Część nr 1 – Łóżka do intensywnej terapii – pozycja 1 – 2 szt. i 2 – 4 szt.

Ad. 1, 2, 3, 4, 6, 8

Zamawiający nie dopuszcza łóżek, o proponowanych przez Wykonawcę parametrach.

Ad. 5

Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:

- dotychczasowy zapis:
„Funkcja manualna CPR segmentu oparcia dostępna z obustronnych dźwigni zlokalizowanych w centralnej części leża z wyraźnym odróżnieniem kolorystycznym”;
- zastępuje się zapisem:
„Funkcja manualna CPR segmentu oparcia dostępna z obustronnych dźwigni zlokalizowanych w centralnej lub plecowej części leża z wyraźnym odróżnieniem kolorystycznym”.

Ad. 7

Zamawiający wymaga dostarczenia łóżek o parametrach określonych w załączniku nr 1.1 do SIWZ – Szczegółowym opisie zamówienia. Proponowana przez Wykonawcę szerokość mieści się w zakresie podanym przez Zamawiającego.

II. Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii – 16 szt.

Ad. 1

Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.2 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:

- dotychczasowy zapis:
„długość całkowita 2250 mm (+/- 50 mm)”;
- zastępuje się zapisem:
„długość całkowita minimum 2180 mm maksimum 2300 mm”.

Ad. 2

Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.2 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:

- dotychczasowy zapis:
„Szczyty łóżka łatwo wyjmowane z ramy, wykonane z tworzywa odpornego na wilgoć i temperaturę”;
- zastępuje się zapisem:
„Szczyty łóżka łatwo wyjmowane z ramy, wykonane z materiałów odpornych na wilgoć i temperaturę”.

Ad. 3, 6, 9, 10

Zamawiający wymaga dostarczenia łóżek o parametrach określonych w załączniku nr 1.2 do SIWZ – Szczegółowym opisie zamówienia.

Ad. 4

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punktach 1 i 3.

Ad. 5, 7, 8

Zamawiający nie dopuszcza łóżek, o proponowanych przez Wykonawcę parametrach.

III. Załączniki do SIWZ

Zamawiający, w dniu 10.09.2010 r., zamieścił załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5 w formacie edytowalnym na swojej stronie internetowej.

WICESTAROSTA
Tomasz Lubiński

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556	NIP 781-16-19-671, REGON 631276788
www.powiat.poznan.pl e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl	