Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni – dezynfektorów, dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasze pismo: ZP.3432-78-03/10 l.dz.: ZP.KW-00391/10	Data: 16.11.2010 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Dot. Załącznika nr 1 poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię dezynfektor o wysokości 1300 mm?

2. Dot. Załącznika nr 1 poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię dezynfektor o zasilaniu 230V; 50Hz; 3kW?

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości podłączenia do PC, spełniające wszystkie pozostałe parametry?

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu wody od 25 – 35l w zależności od wybranego programu?

5. Czy Zamawiający dopuści myjnie z automatycznym otwieraniem i zamykaniem drzwi z panelu sterowania bądź bezdotykowo za pomocą pneumatycznego włącznika nożnego?

6. Mając na uwadze ryzyko zakażeń krzyżowych mogących wystąpić podczas ręcznego opróżniania worków na mocz przez personel oraz zredukowanie bardzo wysokich kosztów jakie ponoszą Placówki Służby Zdrowia na utylizację odpadów medycznych, czy Zamawiający wymaga aby urządzenie oprócz mycia i dezynfekcji basenów i kaczek (i innych naczyń sanitarnych) posiadało funkcję opróżniania i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz? Takie rozwiązanie technologiczne pozwala Użytkownikowi podczas cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek, bezpiecznie (automatycznie) pozbyć się zawartości worka na mocz, zdezynfekować go i tym samym ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia zakażeń oraz masę utylizowanego odpadu medycznego. Efekt końcowy, to odpad (w postaci wymytej i zdezynfekowanej folii – opakowanie) ważący zaledwie kilka dkg.

7. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało system uszczelnienia drzwi (np. system labiryntowy) niewymagający ingerencji serwisowej, co w dłuższym czasie eksploatacji pozwala uniknąć dodatkowych kosztów finansowych.

8. Dot. pkt 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w system schładzania, suszenia grawitacyjnego oraz kondensacji oparów? Uzasadnienie: Zastosowany system w oferowanym urządzeniu pozwala uniknąć dodatkowego ryzyka zakażenia obrabianego materiału przez nie sterylne powietrze dostające się do komory, ponadto unikamy tzw. kumulacji oparów, która może być przyczyną oparzenia górnych dróg oddechowych u osób obsługujących. Dopuszczenie zaoferowanego urządzenia pozwoli na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym.

9. Dot. pkt 17 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym zużycie wody jest uzależnione od wybranego programu mycia i dezynfekcji i maksymalnie może wynieść do 35l dla programu intensywnego? Zastosowana technologia mycia i dezynfekcji oparta na dyszach rotacyjnych i pompie wysokociśnieniowej oraz otwartym obiegu wody myjącej pozwalają na optymalizację procesu mycia i dezynfekcji, co niesie za sobą nieznacznie podwyższone zużycie wody. Dopuszczenie zaoferowanego urządzenia pozwoli na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym.

10. Dot. pkt 18 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie emitujące max. do 55dB? Uzasadnienie: Hałas na poziomie 54 dB jest dopuszczony przez Polskie przepisy BHP, ponadto krótkie czasy mycia i dezynfekcji (np. cykl standardowy – 5 min.) powodują, że dla użytkownika nie jest uciążliwy hałas na tym poziomie. Dopuszczenie zaoferowanego urządzenia pozwoli na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym.

11. Dot. pkt 19, 20 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, którego moc znamionowa wynosi 4,85 kW, zaś zużycie energii dla programu standardowego 5 min. wynosi ok. 0,4kWh? Zastosowana technologia mycia i dezynfekcji oparta na wzmocnionych grzałkach boilera oraz pompie wysokociśnieniowej pozwalają na optymalizację procesu mycia i dezynfekcji, co niesie za sobą nieznacznie podwyższone zużycie energii elektrycznej. Dopuszczenie zaoferowanego urządzenia pozwoli na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym.

12. Dot. pkt 4 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni – dezynfektora wyposażonej w zbiornik na wodę wykonany z tworzywa sztucznego połączonego z wytwornicą pary? Zbiornik z tworzywa sztucznego w żaden sposób nie wypływa negatywnie na sposób działania urządzenia oraz na przebieg procesu mycia i dezynfekcji, a jedynie obniża koszt urządzenia.

13. Dot. pkt 14 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię-dezynfektor posiadającą optyczne informacje o usterkach i opcjonalnie akustyczne na życzenie Zamawiającego?

14. Dot. pkt 15 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni – dezynfektora o szerokości 450mm oraz wysokości 1400mm?

15. Dot. pkt 17 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni – dezynfektora o maksymalnym zużyciu wody w czasie trwania programu intensywnego 28 litrów? Pragniemy zauważyć, że w myjni – dezynfektorze najczęściej stosowanym programem jest program ekonomiczny w czasie którego urządzenie zużywa 8 litrów wody lub program podstawowy w czasie którego urządzenie zużywa 17 litrów wody na cykl. Program intensywny jest stosowany tylko w przypadku większych zabrudzeń.

16. Dot. pkt 18 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię – dezynfektor o maksymalnym poziomie hałasu 60 db?

17. Dot. pkt 20 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię – dezynfektor o zużyciu energii na jeden cykl 0,16kW?

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie – dezynfektor, którego właściwości opisuje poniższa tabela:

Lp.	Parametry wymagane	Numer strony, karty, pozycji załączonych dokumentów potwierdzających parametry określone w kolumnie nr 2
1	*2*	*3*
1.	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2010.	
2.	Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia.	
3.	Urządzenie wielofunkcyjne, w którym można myć i dezynfekować naczynia sanitarne powszechnie używane w szpitalach (miski, kaczki, baseny, naczynia do zbiórki moczu, nocniki). Wsad jednego mycia: jedna kaczka +kompletny basen lub cztery kaczki.	
4.	Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama wykonane ze stali nierdzewnej.	
5.	Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316.	
6.	Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie.	
7.	Wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość 450mm, - szerokość 600 mm, - wysokość 1650mm.	
8.	Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń dopiero po zamknięciu drzwi komory myjącej.	
9.	Wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - szer.492 mm, - wys.600 mm.	
10.	Mycie przy użyciu ciśnieniowych: 11 dysz myjących z czego 7 obrotowych.	
11.	Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia.	
12.	Moc myjącej pompy wodnej 0,80 kW.	
13.	Wbudowana elektryczna wytwornica pary. Moc elektryczna grzałek wytwornicy pary 2,7kW.	
14.	Moc przyłączeniowa urządzenia 3,55 kW.	
15.	Dwie pompy dozujące płynne środki chemiczne: oddzielna pompa dozująca płynny środek odkamieniający dla wytwornicy pary i oddzielna pompa dozująca płynny środek myjący.	
16.	Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia (w tym komory myjącej, zbiornika wody, orurowania, zaworów, pompy) po każdym cyklu mycia i dezynfekcji zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1 pkt. 5.3.2.1 i 5.5.1.1.	
17.	Automatyczna dezynfekcja pompy, orurowania i zaworów w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1 pkt. 5.3.1.	
18.	Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości 1cm.	
19.	Dwulinijkowy wyświetlacz tekstowy LCD.	
20.	Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu.	
21.	Trzy programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny i intensywny.	
22.	Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez urządzenie, zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1 pkt. 5.3.2.5.	
23.	Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54 dB.	
24.	Odpływ kanalizacyjny DN 110, podłączony w ścianę lub podłogę.	
25.	Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego).	
26.	Dostawa pakietu startowego wymaganych środków chemicznych. Kanister 5 l dla każdego środka.	

Proponowana przez nas myjnia – dezynfektor odpowiadająca powyższemu opisowi jest urządzeniem najnowszej generacji spełniającym wymogi normy PN EN ISO 15883, umożliwiającym dokładne mycie i dezynfekcję różnych naczyń sanitarnych, (jest dostosowana także do wydłużonych basenów). Gwarantuje niskie koszty eksploatacji, a dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych.
Zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, wskazuje na konkretny wyrób i jest odzwierciedleniem oferty katalogowej jednego z Wykonawców. Tym samym opis ten w obecnym kształcie ogranicza konkurencyjność w niniejszym postępowaniu. Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne myjni – dezynfektora, preferują urządzenie starszej generacji. Ograniczenie konkurencyjności w postępowaniu będzie skutkować dla Zamawiającego wyższą ceną zakupu urządzeń.
Brak pozytywnych odpowiedzi na pytania wymusi na nas reakcję w postaci zwrócenia się do Prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

19. Dotyczące załącznika nr 1 do SIWZ, tabela pozycja 10 – Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne do wymaganego, urządzenie wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN EN 15883 dotyczącą urządzeń myjąco dezynfekujących, wyposażone w system całkowitego opróżniania instalacji hydraulicznej (tzn. komory myjącej, zbiornika wody, orurowania, zaworów, pompy). W związku z tym i obowiązującymi przepisami, nasze urządzenie nie musi posiadać wewnętrznej automatycznej dezynfekcji termicznej orurowania oraz dysz, ponieważ woda w nich nie zalega. Dodatkowo nasze urządzenie posiada automatyczny system dezynfekcji, uruchamiany w czasie przestoju urządzenia dłuższego niż 24 h. Po tym czasie aktywowany jest jeden z programów i przeprowadza pełen cykl, dezynfekując tym samym orurowanie, zawory i pompę zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1 pkt. 5.3.1. Po zakończeniu woda jest całkowicie spuszczana z układu.

20. Dotyczące załącznika nr 1 do SIWZ, tabela pozycja 1 i 16 – Wnosimy o wykreślenie wymogu dotyczącego suszenia z pozycji 1 i opisu z pozycji 16 w części dotyczącej suszenia lub prosimy o precyzyjne sformułowanie parametrów technicznych suszenia. Zapis w obecnej formie nie jest opisem technicznym, gdyż nie zawiera jakichkolwiek parametrów technicznych wymaganej przez Zamawiającego opcji suszenia, co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Opis ten jest niejednoznaczny, a ocena spełniania tego wymagania może być subiektywna i nie została przez Zamawiającego w żaden sposób sparametryzowana, co prowadzi do powstania niejasności. Nie wiadomo co pod określeniem „skropliny” ma na myśli Zamawiający. Należy tu zaznaczyć, że

dla większego załadunku (większe naczynia np. miski) pozostanie więcej wilgoci w związku z czym czas suszenia będzie musiał ulec wydłużeniu w porównaniu do standardowych naczyń. Ponadto niektóre z naczyń sanitarnych posiadają zagłębienia gromadzące większe ilości wody, której całkowite wysuszenie wymaga wydłużenia czasu suszenia do 30-40 minut, co z kolei jest niekorzystne dla użytkownika, gdyż urządzenie pozostaje zablokowane jednym procesem mycia przez czas bliski 50 minut.
Standardowy proces mycia i dezynfekcji ze schładzaniem naczyń usuwającym większość wilgoci z naczyń poddawanych procesowi trwa 5-10 minut (w zależności od wybranego programu) i takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane, traktując jako priorytet minimalizację czasu trwania procesu. Opcja suszenia wydłużająca znacznie czas pracy urządzenia, jest w przypadku naczyń sanitarnych zbędna, gdyż ciepło nagromadzone w tych naczyniach po procesie dezynfekcji umożliwia ich bardzo szybkie wyschniecie po odłożeniu na półkę.

21. Dotyczące załącznika nr 1 do SIWZ, tabela pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o minimalnie większym maksymalnym hałasie wynoszącym 54 dB ?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1, 3, 4, 5, 9, 19, 20
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, o proponowanych przez Wykonawcę parametrach.

Ad. 2, 6, 7, 8, 11, 13,
Zamawiający wymaga urządzenia o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie zamówienia.

Ad. 10, 16, 21
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:
- dotychczasowy zapis:
  „Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 50 dB”;
- zastępuje się zapisem:
  „Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 60dB ”.

Ad. 12
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:
- dotychczasowy zapis:
  „Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany – zespolony z własną wytwornicą pary”;
- zastępuje się zapisem:
  „Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany – zespolony z własną wytwornicą pary lub z tworzywa sztucznego połączonego z wytwornicą pary”.

Ad. 14
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:
- dotychczasowy zapis:
  „Preferowane maksymalne wymiary zewnętrzne:
  - Szerokość: 500 – 700 mm,
  - Głębokość: 500 – 600 mm,
  - Wysokość: 1500 – 1800 mm”;
- zastępuje się zapisem:
  „Preferowane maksymalne wymiary zewnętrzne
  - Szerokość: 450 – 700 mm,
  - Głębokość: 450 – 600 mm,
  - Wysokość: 1400 – 1800 mm”.

Ad. 15
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:
- dotychczasowy zapis:
  „Maksymalne zużycie wody na cykl do 25l/cykl”;
- zastępuje się zapisem:
  „Maksymalne zużycie wody na cykl do 25l/cykl, natomiast w czasie trwania programu intensywnego 28 litrów/cykl”.

Ad. 17
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:
- dotychczasowy zapis:
  „Zużycie energii na 1 cykl 0,25kWh”;
- zastępuje się zapisem:
  „Zużycie energii na 1 cykl maksymalnie 0,25kWh”.

Ad. 18
Informuje, iż większość parametrów zawartych w przedłożonej przez Wykonawcę tabeli nie miała odniesienia do parametrów określonych przez Zamawiającego, albo też mieściła się w nich.
W związku z powyższym Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia jedynie w zakresie poziomu głośności (odp. na pyt. nr 10, 16 i 21) oraz wielkości myjni – dezynfektora (odp. na pyt. nr 14).

SEKRETARZ
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Adam Hibryło