



**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do siedziby Zamawiającego 16 sztuk defibrylatorów przenośnych AED oraz 1 defibrylatora treningowego AED, z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej.**

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00043.02.2012 l.dz.: ZP.KW-00311/12	Data 18.09.2012 r.
--------------------	------	--	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


**ZAPYTANIA:**

1. Dotyczy p. 31,32,33: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia odrębnego defibrylatora AED treningowego czy tylko przystawki/modułu z elektrodą treningową umożliwiającego konwersję urządzenia klinicznego do celów szkoleniowych? Prosimy o doprecyzowanie warunków Zamawiającego, ponieważ w formularzu cenowym SIWZ podana jest 1 szt. defibrylator treningowy AED, a w specyfikacji technicznej opisano wersję treningową jako moduł do defibrylatorów klinicznych.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 1 szt. symulatora treningowego z elektrodą treningową, wielokrotnego użycia jako rozwiązanie równoważne dla 1 szt. defibrylatora AED?

**ODPOWIEDZI:**

1. Zamawiający wymaga dostarczenia odrębnego defibrylatora treningowego. Możliwość konwersji, o której mowa w pkt 33 stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia dotyczy wyposażania defibrylatorów AED i jest funkcją opcjonalną.
2. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Wykonawca winien dostarczyć urządzenia o parametrach określonych w stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia.

SEKRETLARZ POWIATU

  
Adam Haryto

