

Zestawienie wyposażenia – Część nr 1 – Łóżka rehabilitacyjne z materacami

Dostawa i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania chronione w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagane parametry	Ilość
1	Łóżko rehabilitacyjne	Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: • regulacja elektryczna za pomocą pilota z blokadą funkcji, • typ leża - leże drewniane, • wymiary zewnętrzne min. 100 x 210 cm, • wymiary leża min. 95 x 205 cm, • pozycje Anty Trendelenburga, • zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm, • łóżko wyposażone w wysięgnik z uchwytem, • opuszczane barierki boczne, • łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy, • dopuszczalne obciążenie min. 145 kg,	35 komplet
2	Materac	Materac przeciwoleżynowy piankowy z pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą. • wymiar min. 95x200x 14 cm – dopasowany do wymiarów leża, • grubość materaca min. 14 cm, • stopień twardości średnio twardy - H2, • dopuszczalne obciążenie min. 145 kg,	35 szt.